

招标文件专家论证意见表

一、基本情况	
采购人	洛阳市中心医院
项目名称	洛阳市中心医院传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备三批采购项目
二、论证内容	
1. 对采购需求制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在倾向性、排他性、歧视性进行论证。	
2. 对采购文件编制的合理性、严谨性，采购文件是否存在排他性、指向性技术要求，是否设置了不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其他不合理条款；是否符合采购需求进行论证。	
3. 其他相关内容。	
三、专家论证意见	
经论证小组论证：	
1、本项目采购需求制定合法、合规、合理、必要、可行、不存在倾向性、排他性、歧视性；	
2、采购文件编制合理，不存在排他性、指向性技术要求，未设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其他不合理条款，符合采购需求。	
3、其他内容修改意见如下：	
（一） 4K关节镜系统	
3.1 医用内窥镜摄像系统	
3.1.1 4. 色彩还原性好、无明显失真，图像平稳，无闪烁，防止视觉疲劳；建议删除；	
3.1.2 *2倍光学齐变焦技术，变焦范围f≥15mm-31mm建议修改为*2倍光学齐变焦技术，变焦范围f覆盖15mm~31mm	
3.2 关节镜	
3.2.1 *有效景深范围：3~80mm 建议修改为*有效景深范围覆盖3~80mm	
3.3 液晶显示器	
3.3.1 11、支持手术焦点画面放大1.2倍、1.5倍、2倍，病灶呈现更清晰；12、内置光学传感器及温度传感器，实现多重自动校准，保证稳定的显示亮度； 建议修改为11、支持手术焦点画面放大1.2倍、1.5倍、2倍；12、内置光学传感器及温度传感器，实现多重自动校准；	

明 邵 然

3.3.2 16、高透防反射保护面板，减少手术室各种环境下光线对屏幕的干扰；建议修改为16、减少手术室各种环境下光线对屏幕的干扰；

3.3.3 8、NTSC色域为100%；建议删除

3.3.4 6、亮度100cd/m²；建议修改为6、亮度≥100cd/m²；

3.4 台车

3.4.1 2、标配四块层板（含底板）建议修改为2、标配不少于四块层板（含底板）；

3.5 等离子手术设备

3.5.1 4. ≥5寸彩色液晶显示屏，精准触摸控制；5. 脚踏开关、手术电极连接状态、手术时间显示；建议修改为4. ≥5寸彩色液晶显示屏，触摸控制，具备显示脚踏开关、手术电极连接状态、手术时间功能；

论证专家签字：

张涛

邓敏

赵磊