

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	耐二氧化碳摇床	*1. 主机和控制器分离，主机部分放置在箱体内部，尺寸（W×L×H）≤360×300×96 mm； 控制器放置在箱体外部，尺寸为≤95×158×26 mm 2. 标配LED数显控制器，显示转速和时间，显示精确度1 rpm *3. 摇床为轨道式振荡，直径19mm，转速范围	赛默飞	88881102	中国上海	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	台	1	28000.00元	28000.00元	否	/

		为30-300 rpm，转速精确度为±1 rpm *4. 磁力驱动，无需更换皮带 *5. 运行环境温度4° C-60° C，相对湿度20%-95%，CO2浓度0%-20% *6. 轨道式圆周振荡 *7. 计时范围0-99h59min，或连续振荡 8. 最大荷载量：6kg *9. CE认证 *10. 配置 10. 1. 耐二氧化碳摇床一台 10. 2. 控制器. 铝制平台一个. 包括2个100 mL 烧瓶夹具，4个250 mL烧瓶夹具，4个500 mL 烧瓶夹具，2个1 L 烧瓶夹具，2个2 L烧瓶夹具										
2	电泳仪	1. 电源电压:10-300V，最小可调1V 2. 电源电流:4-400mA，最小可调1mA 3. 电源功率:75W in maximum4. 4. 电源输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽 5. 输出方式:恒压或者恒流方式,可编程	美国伯乐	164-5050	中国上海	伯乐生命医学产品（上海）有限公司	台	1	9500.00元	9500.00元	否	/

		6. 定时:1-999min, 完全可调 7. 暂停功能:有 8. 操作条件:0-40度, 湿度0-95%, 无冷凝水。 9. 电源等主要部件为进口										
3	智能芯片蛋白质定量分析系统	*1. NASA级超敏大尺寸感光芯片, 尺寸158cm ² 。 2. 物理像素: >150万像素, 仪器最大功率<25W。 *3. 像素尺寸: >88um×88um。 *4. 图像分辨率300dpi, 可直接用于文章发表。指定分辨率输出, 600dpi, 1200dpi。 *5. 样品所有光信号转化电信号效率: ≥85%。 *6. 成像累计暗电流总和< 0.0001e。 *7. 满阱电子容量: 100万e-, 提供极高的定量范围, 强信号不过曝, 确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。 *8. 接触式成像, western膜直接贴合在感光芯片上, 光损失为0。 *9. 信号采集距离(光程): 0mm, 信号直接	易亨特	WES-EASY	中国上海	易亨特生命科学(上海)有限公司	套	1	225000.00元	225000.00元	是	/

	贴合感光芯片。 *10. 无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。 *11. 开机即用，无需等待时间。 12. 图像位深：16bit。图像色阶：65536。 13. 像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。 14. 图像采集模式：自动和手动采集图像模式。 *15. >90%的样品成像时间仅需≤1 秒。 16. 一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果。 *17. 透光率：10000 um²次方，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上。 *18. 成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。 *19. 信号传输：Ethernet cable，连接稳定，									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps。 *20. 多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。 *21. 应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像. Northern blot化学发光成像及同位素成像等。 22. 包含笔记本一台，酷睿i7处理器，≥32G内存，1TB固态硬盘，14英寸轻薄本 23. 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括但不限于仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用、试运行和日常保养维修等，必须让仪器使用技术人员熟练掌握并操作上述所有培训内容。 24. 仪器设备的保修期不低于二年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。										
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人： 河南真祥智能科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2024 年 8 月 26 日